



# *Certificado de Reconhecimento*

**C / 007 / 2011**


Emissão: 17/02/2011

Validade: 17/02/2013

**CALIBRAÇÃO: TEMPERATURA**

**Inter-Metro Serviços Especiais Ltda**  
Rua Joaquim de Almeida, 223 - Mirandópolis - São Paulo - SP

A REMESP reconhece a competência técnica do laboratório acima identificado, segundo critérios estabelecidos pela NBR ISO/IEC 17025:2005, para os serviços que constam na lista anexa, que é parte integrante deste Certificado.

  
**Marília Verdugo**  
Coordenador do Reconhecimento

  
**José Antonio Lladó Espigado**  
Presidente da REMESP

**RELAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS**

**Lista anexa ao Certificado C / 007 / 2011  
 Contrato nº 195/11/10B**

<b>ENTIDADE</b>	INTER-METRO SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA.
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Joaquim de Almeida, 223 Mirandópolis - SP
<b>TELEFONE</b>	(11) 5071-2764
<b>NÚMERO DO CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO</b>	C / 007 / 2011
<b>INSTALAÇÕES</b>	Permanentes
<b>Data de emissão</b>	17/02/2011
<b>ÁREA DE ATUAÇÃO</b>	Calibração

**Grandeza: TEMPERATURA**

<b>Instrumento</b>	<b>Faixa</b>	<b>Melhor Capacidade de Medição (antiga)</b>	<b>Melhor Capacidade de Medição (Nova)</b>
Termohigrômetro	15 °C a 60 °C	0,4 °C	----
	20% a 90%	1,2% (UR < 40%) 1,8% (UR ≥ 40%)	---
Termômetro infravermelho	22 °C a 400 °C	1,6 °C	-----
Termopar, Termômetro com sensor, Termômetro de líquido em vidro e Termorresistência	De - 40°C à 200°C	0,16 °C	----
Termômetro de globo	De 15 °C à 60 °C	0,4 °C	-----